

Số: 547 /CV-BVT
V/v: Đề nghị báo giá chi phí Thẩm
định giá vật tư, trang thiết bị

Điện Biên, ngày 30 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị Thẩm định giá.

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu mua sắm, lắp đặt Hệ thống xử lý nước RO cho máy HDF- Online và các hệ thống rửa quả lọc tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đề nghị các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp có đủ năng lực về Thẩm định giá hàng hoá báo giá chi phí thẩm định giá các đối với các mặt hàng vật tư, trang thiết bị cụ thể như sau:

Tên khách hàng yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Người đại diện: Ông Vũ Văn Hải

Chức vụ: Phó Giám Đốc Bệnh viện.

Yêu cầu: Báo giá tại thị trường Điện Biên.

Danh mục đề nghị thẩm định giá (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Mục đích: Làm cơ sở để thực hiện việc lập Danh mục, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Lưu VT, KT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Ths.BsCKII Vũ Văn Hải



PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Công văn số 547 /CV-BVT ngày 30/5/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên)

STT	Tên hàng hoá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống xử lý nước RO cho máy HDF- Online	* Cấu hình thiết bị: - Máy chính: 01 cái. - Các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: + Bàu lọc 1 micron 10 inch: 01 cái + Sổ màng lọc: 01 màng + Bơm Inox đa tầng cánh: 01 cái * Tính năng kỹ thuật: - Bàu lọc 1 micro 10 inch lọc các thành phần có kích thước ≥ 1 micro - Van tự động cắt nước khi máy dừng hoạt động - Tự ngắt khi mất nước nguồn - Lưu lượng kế nước RO và nước thải hiển thị lưu lượng nước thành phẩm và nước thải. - Bảo vệ nhiệt để bảo vệ động cơ bơm khi quá tải. - Van điều chỉnh áp lực nước sản phẩm cấp cho máy thận. - Đèn báo lỗi khi áp suất nước vào không đạt, hoặc quá tải. - Máy có cơ chế rửa vỏ màng tự động - Bảo vệ mất nước : Công tắc bảo vệ áp lực thấp + mạch tự ngắt khi áp lực nước ra sản phẩm tụt xuống dưới mức cho phép. - Đồng hồ đo độ dẫn cho phép theo dõi độ tinh khiết của nước sản phẩm. * Các thông số khác: Áp suất làm việc 4.5-7.5 bar.	Hệ thống	01

		Áp suất đầu vào Min: 2.0 bar. Lưu lượng nước thô 0.7 m³/h Tỷ lệ thu hồi Max. 75% Tỷ lệ loại thải chất hòa tan danh định 95-98%. Nhiệt độ làm việc 55-85°F Công suất 700 Gallon/ngày Nguồn điện 1 pha 220 V 50Hz Bơm Inox đa tầng cánh Grundfos CM1-xx Số màng lọc: 1 màng Kích thước CxRxS=130x63x47 cm.		
2	Hệ thống rửa quả lọc tự động 10 công	* Cấu hình thiết bị: Công rửa quả lọc thận: 10 công Công rửa bộ dây: 10 công Công nạp hóa chất: 01 công Bộ điều khiển công nghệ trung tâm: 01 bộ Bồn rửa quả: 01 cái Bồn rửa dây: 01 cái Van điều áp hệ thống nước RO cấp vào hệ rửa quả lọc: 04 cái Bơm cấp nước RO: 01 cái Tủ điện cấp điện cho hệ thống rửa quả lọc: 01 cái Bộ phụ kiện kèm theo: 01 bộ * Tính năng kỹ thuật: - Rửa quả lọc trước và sau khi lọc máu. - Rửa đồng thời cả 10 quả lọc cùng lúc, hoặc có thể dừng bất cứ quả lọc nào đó bị kết dính máu để xử lý mà không ảnh hưởng đến các quả khác.	Hệ thống	01

		- Bồn rửa quả bằng Inox sus 304, có 02 lớp cứng chịu va đập, ở giữa bơm vật liệu chống ồn cho người vận hành khi thao tác rửa. + Kích thước (D x R x C): 2400 x 450 x 1600 mm, dày 1.2mm. - Bồn rửa dây bằng Inox sus 304, có 02 lớp cứng chịu va đập, ở giữa bơm vật liệu chống ồn cho người vận hành khi thao tác rửa. + Kích thước (D x R x C): 1200 x 450 x 1600 mm, dày 1.2mm. - Bơm cấp nước RO – 220v/0,75 KW. - Tủ điện 220v/1,5 KW.		
3	Hệ thống rửa quả lọc thủ công 7 công	* Cấu hình thiết bị: Cổng rửa quả lọc thận: 06 cổng Cổng rửa bộ dây: 06 cổng Cổng nạp hóa chất: 01 cổng Bồn rửa quả: 01 cái Bơm cấp nước RO: 01 cái Tủ điện: 01 cái Bộ phụ kiện kèm theo: 01 bộ * Tính năng kỹ thuật: - Rửa quả lọc trước và sau khi lọc máu. - Rửa riêng quả lọc thận và dây lọc máu, tránh tình trạng rửa chung cổng, các bệnh phẩm từ dây máu dồn tập chung vào quả lọc khi đó đòi hỏi thời gian rửa sạch lâu hơn. - Bồn bằng Inox sus 304, có 02 lớp cứng chịu va đập, ở giữa bơm vật liệu chống ồn cho người vận hành khi thao tác rửa. + Kích thước (D x R x C): 2400 x 450 x 1600 mm, dày 1.2mm. - Bơm cấp nước RO - 220v/0,75 KW.	Hệ thống	01
Tổng cộng: 03 danh mục				